

試驗報告

土城場區

報告編號： TFF13I0021

發行日期： 2024/09/16

收件/試驗起始日期： 2024/09/02

報告頁次/頁數： 1/1

報告抬頭：萬洲通國際企業有限公司(U3061)

地址：臺北市信義區吳興街 364 巷 1 號 1 樓

試件類別：口罩

數量：1 件

來文字號：--

依委託者所提供來樣資料為：

樣品 1：第二等級醫療用平面式外科手術面(口) 用口罩



試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
	樣品 1	
	無穿透	
抗合成血液穿透性 壓力: 160 mmHg	1~13	CNS 14774 T5017- 2022 9.1/CNS 14776 T4038-2022

樣品圖片：



-- 結束 --

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel: +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax: +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人

檢測及驗證部 主任 高瑞宏



TFF13I0021