

報告編號： TFF13C0274

試驗報告

土城場區

發行日期： 2024/03/29

收件/試驗起始日期： 2024/03/25

報告頁次/頁數： 1/2

報告抬頭：萬洲通國際企業有限公司(U3666)

地址：臺南市新營區五福路 106 號

試件類別：口罩

數量：1 件

來文字號：--

依委託者所提供來樣資料為：

樣品 1：萬洲通醫療口罩



試驗結果：

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
細菌過濾效率(%) 金黃色葡萄球菌 ATCC 6538	1	99.7	CNS 14774 T5017- 2022 9.2/CNS 14775 T4037-2022
	2	99.7	
	3	99.4	
	4	99.6	
	5	99.5	

註：對照組的平均菌落數：1847 CFU、平均粒徑：3.3 μm 。

註：測試面：內側、測試面積：40 cm^2 、測試流量：28.3 L/min。

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
空氣交換壓力差 ($\text{mmH}_2\text{O}/\text{cm}^2$)	1	2.2	CNS 14774 T5017- 2022 9.4/CNS 14777 T4039-2003
	2	2.4	
	3	2.4	
	4	2.5	
	5	2.4	

註：空氣交換壓力差，取 5 個樣品測試。

註：測試面積：4.9 cm^2 、測試流量：8 L/min。

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人

檢測及驗證部
主任 高瑞宏



TFF13C0274

試驗報告

土城場區

報告編號： TFF13C0274

發行日期： 2024/03/29

收件/試驗起始日期： 2024/03/25

報告頁次/頁數： 2/2

樣品圖片：

TFF13C0274



-- 結束 --



TFF13C0274